



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EDİRNE DESTEK
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
23/03/2022 15:48 - E-88517788 - 869 - 155



Sayı : E-88517788-869

Konu : Teklif isteği

İLGİLİ FİRMALARA

İdaremizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı “Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Obezite Birimi Baskül Alımı” 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 29.03.2022 saat: 15:00'a kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü satın alma biriminde olacak şekilde ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Mustafa KESLER
Başkan V.

Satın Alınacak Malın					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	BASKÜL DİJİTAL TARTI		3	ADET		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT:

- 1.Fiyatlara KDV dahil değildir.
- 2.Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
- 3.Ödeme günü süresi 30 gündür.
- 4.Teknik Şartname Ekte bulunmaktadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a1c1fd5-3151-4231-9d96-4c17f6b0c6a9 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Sarıcapaşa Mah. Sarıca Paşa Cami Sok. No:17 EDİRNE Tel No: 02842268245 (1516) Bilgi için: Dilek GUÇLU

Telefon: Faks No: (0 284)226 82 07

e-Posta: dilek.guclu@saglik.gov.tr İnternet Adresi: eposta@edirne.malihizmetler@saglik.gov.tr


Veri Giriş Personeli


Telefon No: (0 284) 226 82 45




DİJİTAL YER BASKÜLÜ TEKNİK ÖZELLİKLER

- * Dijital yer baskülü 1 (bir) adet olmalıdır.
- * En az 200 kg tartım kapasitesine sahip olup, pil ile çalışmalıdır.
- * Baskülün tartım hassasiyeti en az ≤ 100 g olmalıdır.
- * Terazi Step-Off özelliği ile kapalı iken üzerine çıkıldığında otomatik olarak açılıp tartma özelliğine sahip olmalıdır.
- * Otomatik kapanma ve sıfırlama özelliğine sahip olmalıdır.
- * Aşırı yük uyarısı vermelidir.
- * Cihaz dijital olmalı, LCD ekran özelliği olmalıdır.
- * Cihaz mobil kullanıma uygun olmalıdır.
- * Dijital yer baskülünü taşımaya uygun çantası olmalıdır.
- * Tercihen yumuşak zeminde kullanılmasını sağlayan 4 adet ekstra ayak aparatı olmalıdır.
- * Teklif aşamasında ilgili malzemenin yukarıda belirtilen özellikleri taşıdığına dair broşür, katalog v.s. ihale dosyasında bulundurulmalıdır.
- * Malzeme Avrupa Birliği normlarında CE belgesine sahip olmalıdır.
- * İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır. Bu sürenin sonunda da teknik servis güvencesi verilmelidir.


Erdinc K. SAOBI
Sağlık Memuru


Selma VAN ÖZER


Zeynep YILMAZ
Diyetisyen